ERRATA nº 02 AO EDITAL DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS ELETRÔNICA Nº 02/2025

A **ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA (Hospital São Pedro de Alcantara)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF nº 13.911.698/0001-49,** por intermédio da Comissão de Compras, torna público a **ERRATA AO EDITAL DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS ELETRÔNICA - CPPE,** tombada sob nº **02/2025,** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, na forma abaixo:

ONDE SE LÊ:

TERMO DE REFERÊNCIA - CONVÊNIO 970599/2024 MS/FNS –

(...)

K. DESCRITIVO TÉCNICO – ESPECIFICAÇÃO

(...)

ITEM	**02**
DESCRIÇÃO	**CR – DIGITALIZADOR DE IMAGENS**
ESPECIFICAÇÃO	Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo, monocassete, resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes para Raios-X. Nos tamanhos de cassetes 18 x 24 cm e 24 x 30 cm. Capacidade de processamento mínimo de 60 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm na resolução de 12 bits. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possuir os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor (LCD ou LED) de no mínimo 19 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2 GB, disco rígido (HD) local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local (HD) no mínimo 2000 imagens e leitor de código de barras para identificação dos cassetes. Processamento de imagem por controle de

	range dinâmico e processamento multifrequencial. Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD ou DVD e/ou USB, etc). Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD ou DVD e/ouUSB). Rotação / inversão de imagem. Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens. Magnificação da imagem para visualização. Processamento para eliminação das linhas de grade. Serviço DICOM 3.0, Storage. Serviço DICOM 3.0 Print. Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management. Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment. Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Deve acompanhar: Cassetes para o digitalizador de Raios-X: 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 35 x 43 cm, 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 24 x 30 cm, 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 18 x 24 cm. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para dois tamanhos simultâneos. Densidade óptica de impressão mínima de 3.2, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35 x 43 cm, capacidade de memória mínima de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 320 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes. Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0. Software de processamento específico para exames neonatal, pediátrico e adulto. Calibração automática da densidade de cada filme impresso. Escala de cinza de no mínimo 12 bits. Trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line). Acompanha no-break senoidal compatível para funcionamento de todo o sistema, mínimo 3KVA. Registro na ANVISA/MS.
APRES.	UNID
QUANTIDADE	01

LEIA-SE:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – CONVÊNIO Nº 970599/2024 MS/FNS

(...)

K. DESCRITIVO TÉCNICO – ESPECIFICAÇÃO

(...)

ITEM	**02**
DESCRIÇÃO	**CR – DIGITALIZADOR DE IMAGENS**
ESPECIFICAÇÃO	Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo, monocassete, resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes para Raios-X. Nos tamanhos de cassetes 18 x 24 cm e 24 x 30 cm. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm na resolução de 10 pixels/mm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possuir os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor (LCD ou LED) de no mínimo 19 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2 GB, disco rígido (HD) local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local (HD) no mínimo 2000 imagens e leitor de código de barras para identificação dos cassetes. Processamento de imagem por controle de range dinâmico e processamento multifrequencial. Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD ou DVD e/ou USB, etc). Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD ou DVD e/ouUSB). Rotação / inversão de imagem. Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens. Magnificação da imagem para visualização. Processamento para eliminação das linhas de grade. Serviço DICOM 3.0, Storage. Serviço DICOM 3.0 Print. Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management. Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment. Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Deve acompanhar: Cassetes para o digitalizador de Raios-X: 2 cassetes

	com placa de fósforo tamanho 35 x 43 cm, 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 24 x 30 cm, 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 18 x 24 cm. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para dois tamanhos simultâneos. Densidade óptica de impressão mínima de 3.2, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35 x 43 cm, capacidade de memória mínima de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 320 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes. Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0. Software de processamento específico para exames neonatal, pediátrico e adulto. Calibração automática da densidade de cada filme impresso. Escala de cinza de no mínimo 12 bits. Trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line). Acompanha no-break senoidal compatível para funcionamento de todo o sistema, mínimo 3KVA. Registro na ANVISA/MS.
APRES.	UNID
QUANTIDADE	01

Fonte: PTA-Convênio nº 970599/2024-MS/FNS.

Mantem-se inalteradas as demais cláusulas do Edital em questão.

Capela/SE, 19 de maio de 2025.

Narcelio Menezes Lima
Comissão de Compras

Jusimara Santos Andrade
Comissão de Compras

Rauany Soares Santos
Comissão de Compras