Docusign Envelope ID: 60F0E2EA-8ED6-8789-839C-20A7B996A787

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA/SE

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 03/2026

EXTRATO DE ATA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA/SE

Objeto: A presente cotação prévia de preços tem por objeto a aquisição de equipamentos e material permanente hospitalar novos e com garantia (carro de emergência, monitor multiparâmetros, suporte de soro, lavadora ultrassônica automática, carro maca avançado, computador servidor), conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, parte integrante do presente Edital.

Empresa Vencedora:

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
4	FRACASSADO	LAVADORA ULTRASSÔNICA AUTOMÁTICA. Lavadora Ultrassônica automatizada, microprocessada, destinada à limpeza de instrumentais médico-hospitalares e materiais canulados, com capacidade mínima de 30 litros. CONFERIR DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	UNID	1,00	/	R$ 0,00	R$ 0,00
5	FRACASSADO	COMPUTADOR SERVIDOR. O equipamento deverá ser um servidor de dados novo, de primeiro uso e em linha de produção atual, apresentado em gabinete formato Rack de 19 polegadas com altura máxima de 2U, incluindo obrigatoriamente trilhos deslizantes e braço de gerenciamento de cabos. Alternativamente, será aceito o formato Torre, desde que acompanhado de kit de conversão para rack e cabos no padrão NBR 14136. CONFERIR DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	UNID	1,00	/	R$ 0,00	R$ 0,00
6	FRACASSADO	CARRO MACA AVANÇADO Carro maca hospitalar hidráulico, destinado ao transporte e atendimento de pacientes, com leito articulado e superfície radiotransparente, fabricado em material compatível com exames de imagem, podendo ser em placas de ABS (polietileno) ou material equivalente. (...) Deverá possuir registro na ANVISA. CONFERIR DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	UNID	2,00	/	R$ 0,00	R$ 0,00

Total R$ 0,00

Empresa Vencedora: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	HOMOLOGADO	CARRO DE EMERGÊNCIA. Carro de parada/emergência. Estrutura em aço carbono pintado, ou aço com pintura eletrostática ou similar, tampo em aço inoxidável ou termoplástico ou superior, possuir barramento com no mínimo 04 tomadas 02PT, com extensão elétrica, 04 rodízios de no mínimo 4 sendo pelo menos dois rodízios com freios, possuir tábua de massagem, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para desfibrilador giratório, possuir suporte de soro, mínimo de 04 gavetas, sendo 01 (uma) com divisórias do tipo colmeia, trava de gavetas com lacre. Tensão de alimentação, 110/220V automático. Deve atender a Portaria do INMETRO 54 de 01 de fevereiro de 2016. Garantia para o equipamento, fornecido pelo fabricante de no mínimo 12 (doze) meses. Registro na ANVISA/MS.	UNID	2,00	meta hospitalar / proprio	R$ 5.500,00	R$ 11.000,00
3	HOMOLOGADO	SUPORTE DE SORO. Suporte de soro hospitalar destinado ao uso assistencial em ambientes clínicos e hospitalares, construído com haste confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou material de qualidade superior, garantindo elevada resistência mecânica, durabilidade, estabilidade e facilidade de higienização. Deve possuir acabamento polido ou escovado, isento de rebarbas, com superfície lisa e compatível com rotinas de limpeza e desinfecção hospitalar. Deve apresentar altura regulável por sistema telescópico, com ajuste mínimo aproximado entre 1,60 m e 2,40 m, acionado por trava segura e de fácil manuseio, permitindo regulagem precisa e estável durante o uso. A extremidade superior deve conter gancho(s) em formato adequado para acondicionamento seguro de frascos e bolsas de soluções intravenosas, confeccionados em aço inoxidável ou material de alta resistência, com capacidade mínima para quatro frascos, garantindo distribuição equilibrada da carga. A base deve ser do tipo móvel, construída em aço inoxidável, aço carbono com tratamento antiferruginoso ou material de engenharia de alta resistência, com configuração em 4 ou 5 pés ou base circular reforçada, proporcionando elevada estabilidade e segurança contra tombamentos. Deve possuir rodízios de no mínimo 2 de diâmetro, giratórios, confeccionados em material resistente, com pelo menos dois	UNID	15,00	META HOSPITALAR / PROPRIO	R$ 500,00	R$ 7.500,00

Docusign Envelope ID: 60F0E2EA-8ED6-8789-839C-20A7B996A787

		rodízios dotados de sistema de freio, assegurando fácil deslocamento e fixação segura durante o uso. O suporte deve ser compatível com leitos hospitalares, suportando carga mínima total de 5 kg distribuídos uniformemente, sem deformações ou instabilidade. Deve ser isento de cantos vivos, garantindo segurança ao paciente e à equipe assistencial.					

Total R$ 18.500,00

Empresa Vencedora: PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA

Item	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
2	HOMOLOGADO	MONITOR MULTIPARÂMETROS. Monitor Multiparamétrico para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais dos parâmetros de ECG, Respiração, Pressão Não Invasiva (PNI), Saturação de Oxigênio (SpO2), Temperatura e Pressão Invasiva (PI). Deve possuir tela de cristal líquido capacitiva, colorida (LCD) de, pelo menos, 12 (doze) polegadas, com resolução mínima de 1280 x 800 pixels, sensível ao toque e com comandos gestuais. (...). Registro na ANVISA/MS. CONFERIR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	UNID	3,00	MINDRAY / UMEC120	R$ 7.500,00	R$ 22.500,00

Total R$ 22.500,00

Homologo, no dia 12 de Junho de 2026.

Manoel Mota Cabral

Manoel Mota Cabral
PRESIDENTE

Assine aqui